



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

(證書編號：L4060-260514)

茲證明

美銘國際科技有限公司

美銘校正實驗室

嘉義縣民雄鄉東榮村文化路 30 之 28 號九樓之三

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認證編號：4060

初次認證日期：一百一十二年二月十八日

認證有效期間：一百一十五年五月十四日至一百一十八年五月十三日止

認證範圍：校正領域，如續頁

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一一五年五月十四日

認證編號：4060
實驗室主管：郭珈雯

電磁量

項目代碼 /校正件	最高 工作標準件	校正方法 文件名稱 /編號	校正範圍				量測條件 說明	最小 不確定度	
	廠牌/型號		最小值	單位	最大值	單位		數值	單位
KG2002 高斯計、磁力計	高斯計/F.W. Bell/8010	自訂之磁通密度量測系統校正程序 (文件編號: MT-01)	50	mT	1500	mT		1.7	%
報告簽署人:郭珈雯;戴士翔									

註：最小不確定度係以約 95 %信賴水準之擴充不確定度表示
(以下空白)

